

校正証明書

依頼者名： よんけい工業株式会社
住所： 愛媛県西条市ひうち7番地3
品名： デジタル温度計
型名： *****
製造番号： AA123456
管理番号： *****
製造者： *****株式会社
校正方法： 当社校正手順書 SHOYY-E***** による。
校正実施日： 2016/04/03
校正員： 四計二郎
成績書番号： S16K01AA01111
校正室の環境： 温度 23℃ 湿度 50%
校正実施場所： 四国計測工業株式会社 エネルギー・環境事業本部 電気計装部 計器校正センター

上記製品は、当社の作業標準に基づいて校正を行い、その結果は試験成績書に示すとおり仕様を満足していることを証明します。

また、この校正に使用した標準器は、当社トレーサビリティ体系に基づき定期的に管理されており、公的機関が所有する標準器との間でトレーサブルであることを証明いたします。

■ 使用標準器

管理番号	名称	型名	製造者	製造番号	次回校正年月日
P97110312	キャリブレータ	5500A	Fluke Corporation	6865022	2016/06/16

2016年04月04日
四国計測工業株式会社 エネルギー・環境事業本部
愛媛県西条市ひうち7-3
電気計装部 計器校正センター
四計一郎

印