

# 試験成績書

四国計測工業株式会社  
環境事業本部 電気計装部 計器校正センター



総合判定	合格	<input checked="" type="checkbox"/> 調整無し <input type="checkbox"/> 調整有り
------	----	---

校正員：四計二郎



承認：四計一郎



依頼先	よんけい工業株式会社			校正年月日	2016年04月03日	
名称	デジタル温度計			発行年月日	2016年04月04日	
管理番号	*****	メーカー名	*****株式会社	要領書番号	SHOYY-*****	
型名	*****	製造番号	AA123456	校正時環境	23.0℃	50.0%
使用標準器				環境条件	23℃±2℃,55%±10%	
名称	管理番号	型名	製造番号	有効期限		
キャリブレーション	P97110312	5500A	6865022	2016/6/16		

1. 外観試験 判定：合格

2. 機能試験 判定：合格

3. 精度試験

3.1 温度 [本体：JIS(C1604-1989)]

精度：±(0.2% of rdg+0.5℃)

項目	測定点	抵抗値	許容差		測定値	判定
			下限値	上限値		
温度	-100℃	60.25Ω	-100.7℃	-99.3℃	-100.0℃	合格
	0℃	100.00Ω	-0.5℃	0.5℃	-0.1℃	合格
	50℃	119.40Ω	49.4℃	50.6℃	49.9℃	合格
	100℃	138.50Ω	99.3℃	100.7℃	99.8℃	合格
	200℃	175.84Ω	199.1℃	200.9℃	200.0℃	合格
	300℃	212.02Ω	298.9℃	301.1℃	299.9℃	合格
	400℃	247.04Ω	398.7℃	401.3℃	400.0℃	合格
	500℃	280.90Ω	498.5℃	501.5℃	499.9℃	合格