

## 試験成績書

四国計測工業株式会社

製造事業本部 計器・産業事業部 計器部 計器校正センター

総合判定	合格	<input checked="" type="checkbox"/> 調整無し
		<input type="checkbox"/> 調整有り

校正員：四計二郎

承認：四計一郎

依頼者名	よんけい工業株式会社			校正年月日	****年**月**日	
名称	デジタル温度計			発行年月日	****年**月**日	
管理番号	*****	メーカー名	*****	要領書番号	*****	
型名	*****	製造番号	*****	校正時環境	22.5 °C	50.3 %
使用標準器				環境条件	23 °C ± 2 °C, 55 % ± 10 %	
名称	管理番号	型名	製造番号	有効期限		
表面・内部温度校正システム	*****	ACS II-4000	*****	2022. 08. 31		
マルチプロダクト校正器	*****	5522A	*****	2022. 11. 30		

1. 外観機能 判定：合格

2. 精度試験

2. 1 温度

確度：±5 °C

項目	分解能	測定点	許容差		測定値	判定
			下限値	上限値		
温度	1 °C	-10 °C	-15 °C	-5 °C	-9 °C	合格
		0 °C	-5 °C	5 °C	0 °C	合格
		50 °C	45 °C	55 °C	50 °C	合格
		100 °C	95 °C	105 °C	98 °C	合格
		150 °C	145 °C	155 °C	147 °C	合格
		200 °C	195 °C	205 °C	197 °C	合格
		400 °C	395 °C	405 °C	395 °C	合格